



ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT
National Ambulance Service

Anyaggazdálkodási és Közbeszerzési Osztály

H-1134 Budapest, XIII. Róbert Károly krt. 77.

✉ ♦ 1395 Budapest, Pf. 426. ☎ ♦ +36 (1) 465-2026 Fax ♦ +36 (1) 320-9153 ♦ www.mentok.hu

Tárgy: Kiegészítő tájékoztatás II.

Melléklet:

Ügyintéző: Nagy Barbara

Ügyintézőjük: Derzsényi Attila

Iktatószám: /2017.

Hivatkozási számuk:

Kapcsolattartó: Derzsényi Attila

Tel.: +36 -30-8150883

E-mail: derzsényi.hkt@gmail.com

Fax: +36 29325090

Ajánlattevő!

Székhelyén

Tárgy: Kiegészítő tájékoztatás

Tisztelt Ajánlattevő!

Az Országos Mentőszolgálat, mint Ajánlatkérő a Kbt. II rész VI. fejezet szerinti nyílt eljárást kezdeményezett az „Keretszerződés a sürgősségi betegellátáshoz rendszeresített egyszerűhasználatos anyagok, valamint orvostechnikai eszközök beszerzésére és az ellátási területekre történő szállítására” tárgyban (2017/S 050-091698, KÉ 3458/2017)

Tárgyi eljárásban a Kbt. 56. § alapján kiegészítő tájékoztatás kérések érkeztek, melyre Ajánlatkérő az alábbiak szerint adja meg a választ:

sor szám	Kiegészítő tájékoztató kérdés	Ajánlatkérői válasz
1.	A Műszaki leírás első részajánlati körének összeállítása tartalmaz oxigénterápiás eszközöket (Részajánlati kör: 1/27 – 1/32), valamint aneszteziológiai termékeket (Részajánlati kör: 1/1 - 1/67; 1/33 – 1/40). Vállalatunk már több hasonló közbeszerzési eljárásban indult, de a nagyobb Magyarországi Egészségügyi Intézmények, valamint Klinikák külön részajánlati körként szokták kezelni ezt a két termék kört, ahogyan a gyártók is, ugyanis nem képezi szorosan az aneszteziológiai termékek részét. Bizonyos magyarországi forgalmazók esetében előfordul, hogy csak az egyik termékcsoporthoz tartozó termékeket forgalmazza, így ezen eljárás alól ezen cégek kizárásra kerülnének. Mivel	Ajánlatkérő az első részajánlati kört 1/34 tételre módosítja, így az oxigénterápiás eszközöket (Oxigén maszk gyógyszerporlasztóval nagy méret; Oxigén maszk gyógyszerporlasztóval kis méret; Oxigén maszk rezervoárral (nem visszalégző szelepes megoldás) nagy méret; Oxigén maszk rezervoárral (nem visszalégző szelepes megoldás) kis méret; Orrszonda; Oxigén vezeték) ajánlatkérő külön részajánlati körként kezeli, a 12. ajánlati részben szerepelnek (12/6).

	<p>a termékek műszaki leírásában található mennyiségei az utóbbi idők közbeszerzési eljárásainak egységáraival számolva is eléri azt az értékhatárt, amely lehetővé teszi ezen termékkör külön részajánlati körként való kezelését kérjük az ajánlatkérőt, hogy gondolja végig, az oxigénterápiás eszközök külön részajánlatikörként való kezelését annak érdekében, hogy a közbeszerzési eljárásról minél több forgalmazó indulhasson.</p>	
2.	<p>A Műszak leírás (Részajánlati kör: 1/36 – 1/40) Laringeális maszkokat érintő termékek esetében a pályázatban meghatározott specifikáció alapján, tudomásunk szerint a piacon jelenleg csak két gyártó terméke felel meg.</p> <p>Amennyiben a Pályázatkérő ezen termékek esetében ragaszkodik a meghatározott specifikációhoz annak érdekében, hogy a verseny tisztasága ne sérüljön a laringeális maszkokat kezelje külön részajánlati körként.</p>	<p>Ajánlatkérő a Laringeális maszk 1,2,3,4,5 ajánlati részek tekintetében a specifikációt az alábbiak szerint módosítja:</p> <p>„Egyszer használatos, szupraglottikus légútbiztosító eszköz, maszkja a gégeire illeszkedik, <u>ballonos, vagy ballon nélküli</u>, anatómiailag formált, beépített harapásgátlóval, buccális támasszal, epiglottis támasszal rendelkezik. Egyesével csomagolt. Nem steril terméket is elfogadunk.”</p>
3.	<p>A Műszaki leírás Baktérium filter felnőtt, valamint gyermek (önpárásítós, gázminta adapterrel) (Részajánlati kör: 1/25 – 1/26) részének specifikációja megegyezik a legutóbbi OMSZ Közbeszerzés specifikációjával, azonban az említett eljárás során csak gyerek filtert szereztek be, felnőttet nem.</p> <p>Felhívánk a Pályázatkérő figyelmét arra, hogy a gyermekek és a felnőttek esetében más technikai tudással rendelkező filterre van szükség.</p> <p>- Tidal Volumen: Felnőtt filterek esetében a specifikációban meghatározott min. 75ml – 300ml. nem megfelelő, hiszen a felnőttek tüdőkapacitása jóval nagyobb, mint a gyermekeké. A felnőttek esetében tudomásunk szerint a 120ml – 1000ml közötti tartomány teljes mértékben elfogadható.</p> <p>- Súly: Tudomásunk szerint a piacon elérhető, nagyobb kapacitású, felnőtt filterek esetében nincs olyan termék melynek súlya 30g alatt van, illetve semmilyen orvos szakmai szempont nem</p>	<p>Ajánlatkérő az 1/25 ajánlati rész - Baktérium filter felnőtt (önpárásítós, gázminta adapterrel) – specifikációját az alábbiakra módosítja:</p> <p>HME filter felnőtt. A lélegeztetett beteg légútjának fertőzés elleni védelmére (bakt., gomba, vírus) valamint hő-, és párcserélésre szolgáló szűrő.</p> <p>- Kórokozó elleni hatásosság: min. 99,999%</p> <p>- párasítás: min. 32 mg/l</p> <p>-ellenállás: 30 l/min esetén max. 1,4 vízcm</p> <p>- holtter: max: 70ml</p> <p>- Vt: min: 210ml</p> <p>- súly: max 45g</p> <p>Standard gázmintavevő porttal rendelkezzen. Anyaga latexmentes. Sterilen csomagolva.</p>

	<p>igényli az ilyen könnyű filterek alkalmazását.</p> <p>- Holtér: A felnőtt filterek esetében a nagyobb kapacitás miatt a specifikációban meghatározott 30ml-es holtér általában nagyobb, 32-80ml között is lehet.</p> <p>Kérjük az ajánlatkérőt, hogy a fentebb említett technikai paraméterekkel kapcsolatban orvos szakmailag indokolja meg korábbi döntését, vagy a verseny tisztasága érdekében tágítsa a felnőtt filterek esetében megadott technikai paraméterek korlátjait.</p>	
4.	<p>A műszaki leírás (Részajánlati kör: 1/1 – 1/3) Nazofaringeális tubusok részében meghatározott specifikációjában értelmezhetetlen, illetve tapasztalataink alapján nem indokolt, hogy „A perem külső átmérője legalább a tubus belső átmérőjének háromszorosa (pl. 6 mm-es tubus esetén legalább 18 mm).”</p> <p>Kérem, hogy a Pályázatkérő indokolja meg, hogy orvos szakmai szempontból ennek milyen előnye van.</p>	<p>A mentés során a mozgó mentőgépjárműben is zajlik betegellátás, így adott esetben a kisebb peremátmérő esetén a tubus az orrjáratba becsúszhat, így Ajánlatkérő az 1/1-1/3 részajánlati kör specifikációján nem kíván változtatni.</p>
5.	<p>A műszaki leírás (Részajánlati kör: 10/1 – 10/6) „Vénakanül” részajánlati kör esetében a specifikációban megadott „A vénakanül, kanülméretének hossza: G-14 max 45 mm, G-16 max 45 mm, G-18 max 40 mm, G-20 max 30 mm, G-22 max 30 mm, G-24 max 30 mm.” méretek, ezen belül is a „G-20 max 30mm” paraméter hibásnak tűnik. <u>Tudomásunk szerint a piacon nincs olyan gyártó amelynek a 20G változatú kanülméret hosszúsága maximum 30mm hosszúságú. A legtöbb gyártó esetében a 32mm az elfogadott.</u></p> <p>Kérjük a Pályázatkérőt, hogy a pályázat zökkenőmentes lefolytatása érdekében specifikációjuk ezen részét bírálják felül.</p>	<p>A 32 mm még elfogadható, annál hosszabb, azonban az alábbi fizikai törvény miatt nem javasolt:</p> $R = \frac{8\eta l}{r^4 \pi} \quad Q = \frac{(p_1 - p_2)}{8\eta l}$ <p>Az áramlási viszonyok jellemzőit leíró Hagen-Poiseuille egyenlet. R – az ellenállás az adott csőszakaszon, Q – az áramlás intenzitása, η – az áramló folyadék viszkozitása, l – annak a csőnek a hossza, amiben az áramlást tanulmányozzuk, r – a cső sugara, (p1-p2) – a hidrosztatikai nyomás különbsége az l hosszúságú szakasz két végén.</p> <p>Ajánlatkérő az 10/1 – 10/6 részajánlati körben az alábbiak szerint módosítja a specifikációt:</p> <p>Kívül rögzíthető, vénába rozsdamentes szűrőtűvel bevezethető hajlékony,</p>

		<p>röntgen árnyékot adó, steril egyszer használatos eszköz. Beépített injekciós port segítse elő a kiegészítő tümentes injekciózást. Átlátszó katéterrész biztosítsa a megfelelő katéter helyzet megállapítását a tú visszahúzásakor. Egykezes szűrési technikához kialakított markolattal rendelkezzen. Könnyen hajlítható perforált rögzítőszárnyal rendelkezzen. Lock csatlakozás, levehető, Lock csatlakozású zárókónusszal rendelkezzen. Steril egyenkénti csomagolásban. Színkódos méretek. PVC-mentes, latexmentes és DEHP mentes műanyag. A tűhegy kiképzése Back Cut jellegű, ami biztosítja a 15°-30° dőlésszög közötti biztonságos bevezetést. A kapilláris felülete sima, anyagába süllyesztett legalább 2 db rtg. csíkkal rendelkezzen. A vénakanül, kanülméretének hossza: G-14 max 45 mm, G-16 max 45 mm, G-18 max 40 mm, G-20 max 30 mm, G-22 max 30 mm, G-24 max 30 mm.</p>
6.	<p>10. rész: Vénabiztosítás anyagai 10/1 tétel: G-14 max 45 mm: Kérdés 1: elfogadja-e tisztelt Ajánlatkérő a specifikációtól eltérően, 5 mm-el nagyobb kanülméretű eszköz megajánlását? 10/2 tétel: G-16 max 45 mm: Kérdés 2: elfogadja-e tisztelt Ajánlatkérő a specifikációtól eltérően, <u>5 mm-el nagyobb kanülméretű</u> eszköz megajánlását? 10/3 tétel: G-18 max 40 mm: Kérdés 3: elfogadja-e tisztelt Ajánlatkérő a specifikációtól eltérően, <u>5 mm-el nagyobb kanülméretű</u> eszköz megajánlását? 10/3 tétel: G-20 max 30 mm: <u>Kérdés 4: elfogadja-e tisztelt Ajánlatkérő a specifikációtól eltérően, 5 mm-el nagyobb kanülméretű eszköz megajánlását?</u> <u>Valamennyi fenti tétel esetében jelezni, hogy szakmai szempontból nem jelentős az eltérés.</u> Kérjük tisztelt Ajánlatkérőt, hogy a minél szélesebb körű verseny biztosítása</p>	<p>A kanül hosszúsága orvosszakmai szempontból releváns. A mentésben a kanülok egyik elsődleges felhasználási területe a folyadékpótlás, amely gyakran gyorsan, nagy mennyiség bejuttatását igényli. A kanül hossza fordítottan arányos az átáramlással, így a rövidebb kanül szakmailag kedvezőbb. Ezt tükrözi a kiírás. Ajánlatkérő a kanülok hosszúságát - 10/4 ajánlati rész kivételével 30 mm – ről 32 mm - nem kívánja módosítani.</p> $R = \frac{8\eta l}{r^4 \pi} \quad Q = \frac{(p_1 - p_2) \pi r^4}{8\eta l}$ <p>Az áramlási viszonyok jellemzőit leíró Hagen-Poiseuille egyenlet. R – az ellenállás az adott csőszakaszon, Q – az áramlás intenzitása, η – az áramló folyadék viszkozitása, l – annak a csőnek a hossza, amiben az áramlást tanulmányozzuk, r – a cső sugara, (p1-p2) – a hidrosztatikai nyomás különbsége az l hosszúságú szakasz két végén.</p>

	érdekében, biztosítsa a fent jelölt méretbeli eltérések érvényes megajánlását!	
7.	<p>10/7 tétel: Infúziós szerelék közdarabbal</p> <p>Kérdés 5: tisztelt Ajánlatkérő a 10. részhez sorolta a jelölt tétel beszerzését. Kérjük mérlegeljék ennek a tételnek a külön részben való szerepeltetését, mert a <u>két termékkör felhasználási területe, funkciója valójában szorosan nem kötődik egymáshoz.</u></p> <p>Ugyanakkor e tétel kötelező megajánlása ellehetetleníti és korlátozza a teljes körű ajánlattételt azon gazdasági szereplők számára, akik vénakanülökre szeretnének ajánlatot tenni.</p> <p>Kérjük tisztelt Ajánlatkérőt, hogy a minél szélesebb körű verseny biztosítása érdekében, biztosítsa a fent jelölt tételek külön részben való szerepeltetését!</p>	<p>A vénakanül és az infúziós szerelék egymáshoz kapcsolódik, így az infúziós szerelék vénakanül nélkül nem használható.</p> <p>Fentiekre tekintettel a 10/7 tételt ajánlatkérő nem kívánja külön ajánlati részben szerepeltetni.</p>
8.	<p>Előírás: EH-2017-részletes-ajánlat-1 3. ajánlati rész Védőfelszerelések 3/3 Tűgyújtó 0,6 lit. Lapos OTH, ADR minősítéssel rendelkező keményfalú gyűjtőeszköz. Megfelel az I/2002 (I.11.) EüM rendelet 4. sz. mellékletének.</p> <p>Kérdés: Ismereteink szerint megszűnt a lapos tűgyújtó gyártása.</p> <p>Kérjük tisztelt Ajánlatkérőt, hogy fogadja el egyenértékű megoldásként a hengeres tűgyújtót.</p>	<p>Ajánlatkérő egyenértékű megoldásként a hengeres tűgyújtót elfogadja.</p> <p>Fentiekre tekintettel, Ajánlatkérő módosítja a specifikációt, törli a „Lapos” kifejezést.</p>
9.	<p>Követelmény: 1/32 Oxigén vezeték Az oxigénpalack és a lélegeztető ballon összekötésre. Megtörés ellen biztosított. Hosszúsága: minimum 1,5 méter max. 2 méter.</p> <p>Kérjük Tisztelt Ajánlatkérőt, hogy a tiszta versenyhelyzet és az esélyegyenlőség érdekében az általunk forgalmazott, és az Önök által 2014 óta – kifogás nélkül – használt, az előírtnál 0,13 méterrel hosszabb oxigén vezeték megajánlását elfogadni szíveskedjen.</p>	<p>Ajánlatkérő az 1/32 Oxigén vezeték ajánlati rész esetében a specifikációt az alábbira módosítja:</p> <p>Az oxigénpalack és a lélegeztető ballon összekötésre. Megtörés ellen biztosított. Hosszúsága: minimum 1,5 méter max. \geq 2,13 méter.</p>
10.	5. részajánlati körre: Megfelelően lett megállapítva a kiírásban a darabszám? A 24 hónapra becsült összesen 2150 elektródapár	A darabszám megfelelően lett megállapítva.

	az Országos Mentőszolgálat jelenlegi havi lehívása alapján kizárt, hogy 24 hónapra elegendő. Kérjük, hogy a darabszámot kiíró erősítse meg, vagy kalkulálja újra és módosítsa a kiírást.	Ajánlatkérő másik eljárásban, erre a termékkörre nem utángyártott termékeket kíván beszerezni.
11.	I/29 Orrszonda: Kérjük Tisztelt Ajánlatkérő tájékoztatását, hogy Anya vagy Apa végcsatlakozóval szeretné az orrszondát beszerezni?	Ajánlatkérő az Orrszondát anya végcsatlakozóval kéri szállítani.
12.	I/25 Gyerek baktérium filter és I/26 felnőtt baktérium filter: Ajánlatkérő feltehetően szerkesztési hiba folytán a felnőtt baktérium filter esetében a gyerek baktérium filterével megegyező specifikációkat határozta meg, így az semmiféleképpen nem alkalmas felnőtt pácienseknél való használatra. Kérjük Tisztelt ajánlatkérőt, hogy ha valóban elírás történt, akkor <u>módosítsa a felnőtt baktérium filterre vonatkozó specifikációt az arra vonatkozó általánosan elfogadott értékekre, súlya 20-30 g között. Holttér 55ml alatt, IV 150-1200 ml.</u>	<p>Ajánlatkérő az I/25 ajánlati rész - Baktérium filter felnőtt (önpárásítós, gázminta adapterrel) – specifikációját az alábbiakra módosítja:</p> <p>HME filter felnőtt. A lélegeztetett beteg légútjának fertőzés elleni védelmére (bakt., gomba, vírus) valamint hő-, és páracserélésre szolgáló szűrő.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kórokozó elleni hatásosság: min. 99,999% - párásítás: min. 32 mg/l -ellenállás: 30 l/min esetén max. 1,4 vízcm - holttér: max: 70ml - Vt: min: 210ml - súly: max 45g <p>Standard gázmintavevő porttal rendelkezzen. Anyaga latexmentes. Sterilen csomagolva.</p>
13.	I/25 <u>Gyerek baktérium filter</u> súlyát Ajánlatkérő 10 és 20 g között határozta meg. Az általunk forgalmazott, világviszonylatban elfogadott termék <u>súlya 21. g.</u> Kérjük tisztelt Ajánlatkérőt, hogy az <u>előírtnál mindösszesen 1 grammal nehezebb, de funkcionálisan teljesen egyenértékű eszközt fogadja el,</u> és ennek megfelelően módosítsa az előírást, hogy a tiszta versenyhelyzet és az esélyegyenlőség elve ne sérüljön.	<p>Ajánlatkérő az I/26 <u>Gyerek baktérium filter specifikációját az alábbiak szerint módosítja:</u></p> <p>A lélegeztetett beteg légútjának fertőzés elleni védelmére (baktérium, vírus, gomba) szolgáló szűrő. Biztosítania kell a légút kiszáradás elleni védelmét. Vírusszűrő hatás 99,9%. Baktériumszűrő hatás 99,9 %. Súlya 10-21 gramm. Holttér: 30 ml alatt. TV: 75-300 ml. Standard gázmintavevő porttal rendelkezzen. Anyaga latexmentes. Sterilen csomagolva.</p>
14.	6/4 Hőmérő Szenzor A 6. csoportban Zoll illetve LIFEPACK defibrillátorokhoz szerepelnek fogyóanyagok. A hőmérő szenzor azonban nem azonos a Zoll, illetve	Ajánlatkérő a 6/4 ajánlati részben szereplő hőmérő szenzor kiírását az alábbiak szerint módosítja:

	LIFE PACK készülékeknél, így kérjük határozzák meg, hogy melyik készülékhez hány darabot kérnek.	Az 5. ajánlati rész az LP defibrillátorokhoz szükséges 5/3 Hőmérőszenzor című résszel kiegészül valamint a 13. ajánlati rész tartalmazza a ZOLL Defibrillátorokhoz szükséges 13/1 hőmérőszenzort. Ajánlatkérő a db számokat meghatározta melyeket az „EH-2017-részletes-ajánlat-1” című excel táblázat tartalmaz
15.	Az 1. ajánlati rész 20. és 23. sorában az ajánlatkérő konkrét számokkal és nem tartományban adja meg szakmai elvárásait, ezért kérdésünk, hogy az <u>ajánlatkérő elfogad –e 50 cm hosszú leszívó katéter helyett 52 cm hosszú leszívó katétert?</u>	Válaszjavaslat: Ajánlatkérő elfogadja az 52 cm hosszú leszívó katétert, így a specifikációt az alábbiak szerint módosítja: Légút és légútbiztosító eszközök váladék leszívására alkalmas, biokompatibilis anyagból készült katéter. Méret szerint színekódolt. Hossz: 480-530 mm. Steril, egyesével csomagolt.
16.	Az 1. ajánlati rész 25. és 26. sorában kétféle filtert kérnek (felnőtt és gyermek), de a műszaki specifikáció egyfajta filterre vonatkozik. <u>Kérdésünk, hogy a kért 99.9 %-os hatékonyságnál magasabb (jobb) értéket elfogadnak –e?</u>	Ajánlatkérő a 99,9%, vagy afeletti hatékonyságot is elfogadja.
17.	Továbbá a <u>felnőtt méretű filter esetén 31 gramm súly, illetve gyermek méret esetén 21 gramm súlyt, illetve a felnőtt méretű filternél 35 ml, gyermek filternél 26 ml holtteret elfogadnak –e?</u>	I/26 Gyerek baktérium filter specifikációját az alábbiak szerint módosítja: A lélegeztetett beteg légútjának fertőzés elleni védelmére (baktérium, vírus, gomba) szolgáló szűrő. Biztosítania kell a légút kiszáradás elleni védelmét. Vírusszűrő hatás 99,9%. Baktériumszűrő hatás 99,9 %. Súlya 10-21 gramm. Holttér: 30 ml alatt. TV: 75-300 ml. Standard gázmintavevő porttal rendelkezzen. Anyaga latexmentes. Sterilen csomagolva. Ajánlatkérő az 1/26 ajánlati rész - Baktérium filter felnőtt (önpárásítás, gázminta adapterrel) – specifikációját az alábbiakra módosítja: HME filter felnőtt. A lélegeztetett beteg légútjának fertőzés elleni védelmére (bakt., gomba, vírus)

		<p>valamint hő-, és páracserélésre szolgáló szűrő.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kórokozó elleni hatásosság: min. 99,999% - párasítás: min. 32 mg/l -ellenállás: 30 l/min esetén max. 1,4 vízcm - holtter: max: 70ml - Vt: min: 210ml - súly: max 45g <p>Standard gázmintavevő porttal rendelkezzen. Anyaga latexmentes. Sterilen csomagolva</p>
18.	<p>Az 1 ajánlati rész 31. sorában az orrszonda műszaki specifikációjában állítható mélységet írnak elő. <u>Elfogad –e az ajánlatkérő fix mélységű orr kanült?</u></p>	<p>Nem, az 1/31 tétel esetében az állíthatóság alatt ajánlatkérő a rögzíthetőséghez szükséges fej körforgattól függő állíthatóságot ért.</p>
19.	<p>Az 1. ajánlati rész 36-40. soraiban az ajánlatkérő ragaszkodik –e a ballon nélküli buccális kivitelű laringiális maszkhoz vagy <u>elfogad –e ennél egyszerűbb és lényegesen olcsóbb felfújható peremű buccális támasszal nem rendelkező, viszont lényegesen olcsóbb laringiális maszkot?</u></p>	<p>Ajánlatkérő a Laringeális maszk 1,2,3,4,5 ajánlati részek tekintetében a specifikációt az alábbiak szerint módosítja:</p> <p>Egyszer használatos, szupraglottikus légútbiztosító eszköz, maszkja a gégeire illeszkedik, <u>ballonos, vagy ballon nélküli</u>, anatómiailag formált, beépített harapásgátlóval, buccális támasszal, epiglottis támasszal rendelkezik. Egyesével csomagolt. Nem steril terméket is elfogadunk.</p>
20	<p>Részletes ajánlat – Specifikáció – 1. ajánlati rész – 20-23. sorszámú tételek – leszívó katéterek:</p> <ul style="list-style-type: none"> - A specifikációban T. Ajánlatkérő 500 mm hosszúságú termékre kér ajánlatot. <p>Elfogadható T. Ajánlatkérő számára, mint egyenértékű teljesítés, az egyébként minden más paraméterében a specifikációban meghatározott tulajdonságokkal rendelkező termék megajánlása, amelynek hosszúsága 480 mm vagy 530 mm?</p>	<p>Ajánlatkérő az 1. ajánlati rész 20-23 számú tételek specifikációja az alábbiak szerint módosul:</p> <p>15. Válaszjavaslat: Ajánlatkérő elfogadja az 52 cm hosszú leszívó katétert, így a specifikációt az alábbiak szerint módosítja:</p> <p>Légút és légútbiztosító eszközök váladék leszívására alkalmas, biokompatibilis anyagból készült katéter. Méret szerint színekódolt. Hossz: 480-530 mm. Steril, egyesével csomagolt.</p>
21	<p>Részletes ajánlat – Specifikáció – 1. ajánlati rész – 25-26. sorszámú tételek – baktérium filterek:</p>	<p>Ajánlatkérő az 1/25 ajánlati rész - Baktérium filter felnőtt (önpárasítós,</p>

	<p>- A specifikációban T. Ajánlatkérő egy közös szakmai elvárást fogalmaz meg a felnőtt és gyermek baktérium filterekkel kapcsolatban. Ajánlattevő álláspontja szerint, a megadott paraméterek – úgymint súly, holtér és TV – a gyermek filterekre jellemző értékek. Ugyanakkor a felnőtt filterek vonatkozásában, az azonos értékek, már nem tekinthetők általában véve elfogadottnak. Kérjük T. Ajánlatkérőt, hogy az elvárt értékeket szíveskedjen kiterjeszteni a felnőtt filterek vonatkozásában, az általánosságban elfogadott értékhatárok mértékére, úgymint példának okáért súly = 20-30 gramm, holtér = 40-50 ml, VT = 300 – 1500 ml.</p>	<p>gázminta adapterrel) – specifikációját az alábbiakra módosítja:</p> <p>HME filter felnőtt. A lélegeztetett beteg légútjának fertőzés elleni védelmére (bakt., gomba, vírus) valamint hő-, és páracserélésre szolgáló szűrő.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kórokozó elleni hatásosság: min. 99,999% - párasítás: min. 32 mg/l -ellenállás: 30 l/min esetén max. 1,4 vízcm - holtér: max: 70ml - Vt: min: 210ml - súly: max 45g <p>Standard gázmintavevő porttal rendelkezzen. Anyaga latexmentes. Sterilen csomagolva.</p> <p>Ajánlatkérő a specifikáció tartalmán a továbbiakban nem kíván módosítani.</p>
22	<p>Részletes ajánlat – Specifikáció – 1. ajánlati rész – 36-40. sorszámú tételek – laryngeális maszkok:</p> <p>- A specifikációban T. Ajánlatkérő ballon nélküli termékre kér ajánlatot. Kérjük T. Ajánlatkérőt, hogy szíveskedjen megerősíteni, miszerint valóban nem felfújható maszk-résszel rendelkező termék megajánlását várja el. Ajánlattevő álláspontja és piaci ismeretei szerint, jelenleg csupán egy gyártó egy adott terméke, amelynek maszk része géllal feltöltött, tud megfelelni ezen elvárásnak. Kérjük T. Ajánlatkérőt, hogy szíveskedjen válaszában egyértelműsíteni azt is, amennyiben a maszk részen géllal feltöltött termékre kér ajánlatot.</p>	<p>Ajánlatkérő a Laringeális maszk 1,2,3,4,5 ajánlati részek tekintetében a specifikációt az alábbiak szerint módosítja:</p> <p>„Egyszer használatos, szupraglottikus légútbiztosító eszköz, maszkja a gégre illeszkedik, <u>ballonos, vagy ballon nélküli</u>, anatómiailag formált, beépített harapásgátlóval, buccális támasszal, epiglottis támasszal rendelkezik. Egyesével csomagolt. Nem steril terméket is elfogadunk.”</p>
23	<p>Részletes ajánlat – Specifikáció – 10. ajánlati rész – 7. sorszámú tétel – infúziós szerelék közdarabbal:</p> <p>Kérjük T. Ajánlatkérőt, hogy műszaki elvárását szíveskedjen megerősíteni, pontosítani miszerint:</p> <p>A verzió / T. Ajánlatkérő teljes mértékben PVC-mentes infúziós szerelésekre kér</p>	<p>Ajánlatkérő pontosítja, hogy a 10/7 infúziós szerelék közdarabbal ajánlati rész műszaki specifikációjában foglaltaknak az A/ pont felel meg, tehát „Ajánlatkérő teljes mértékben PVC-mentes infúziós szerelésekre kér ajánlatot, amelynek összekötő csöve is PVC-mentes alapanyagból van gyártva, és a termék egyedi steril blister csomagolásán – a beadandó</p>

ajánlatot, amelynek összekötő csőve is PVC-mentes alapanyagból van gyártva, és a termék egyedi steril blister csomagolásán – a beadandó mintatermék vonatkozásában is – fel van tüntetve, hogy a szerelék PVC-mentes, DEHP-mentes és latex-mentes az alábbi nemzetközi jelzéseknek megfelelően.




B verzió / T. Ajánlatkérő elfogadja azon szerelésekre tett ajánlatot is, amelynek fő alkotóelemei PVC-mentesek, az összekötő csőve azonban DEHP-mentes PVC alapanyagból gyártott, és a termék egyedi steril blister csomagolásán fel van tüntetve, hogy a szerelék DEHP-mentes, azaz PHT-mentes, és latex-mentes az alábbi nemzetközi jelzéseknek megfelelően.



C verzió / T. Ajánlatkérő elfogadja azon szerelésekre tett ajánlatot, amelynek fő alkotóelemei PVC-mentesek, az összekötő csőve pedig PVC alapanyagból gyártott. Ebben az esetben a termék egyedi steril blister csomagolásán a latex-mentes jelzés van csupán feltüntetve az alábbi nemzetközi jelzésnek megfelelően.

mintatermék vonatkozásában is – fel van tüntetve, hogy a szerelék PVC-mentes, DEHP-mentes és latex-mentes az alábbi nemzetközi jelzéseknek megfelelően.”



	 <p>Kérjük T. Ajánlatkérőt, hogy a fentiekben jelzett kérdésünkre vonatkozó kiegészítő tájékoztatását a lehetőségekhez mérten mielőbb megadni szíveskedjen.</p>	
24	<p>Előírás: EH-2017- részletes –ajánlat – 1 3. ajánlati rész Védőfelszerelések 3/1 Veszélyes hulladékgyűjtő zsák kicsi 3/2 Veszélyes hulladékgyűjtő zsák nagy 3/3 Tűgyűjtő 0,6 lit. Lapos 3/4 Fecskendő gyűjtő 1 lit.</p> <p>Kérdés: Fenti tételek, a specifikációban előírt 1/2002 (I. 11.) EüM rendelet 4. sz. mellékletében foglaltaknak megfelelően, az egészségügyi intézményekben használatos veszélyes hulladékok gyűjtésére szolgáló eszközöknek minősülnek, ezért kérjük t. Ajánlatkérőt, hogy a verseny szélesebb körű biztosítása érdekében, a 3. ajánlati rész Védőfelszerelések kategóriájától elkülönítve, külön ajánlati rész keretében tegyék lehetővé az érintett eszközökre vonatkozó ajánlattételt.</p>	<p>1. Ajánlatkérő az 1/2002 (I. 11.) EüM rendelet 4. sz. mellékletében foglaltaknak megfelelően, a 3. ajánlati részben szereplő 3/1-4 tételeket külön ajánlati részben szerepelteti:</p> <p>14 Ajánlati rész - Veszélyes hulladékok gyűjtésére szolgáló szolgáló eszközök</p> <p>14/1 Veszélyes hulladékgyűjtő zsák kicsi</p> <p>14/2 Veszélyes hulladékgyűjtő zsák nagy</p> <p>14/3 Tűgyűjtő 0,6 lit. Lapos</p> <p>14/4 Fecskendő gyűjtő 1 lit.</p>
25	<p>A 2. ajánlati rész 212., illetve 22. részével kapcsolatban, amely az RSI egységcsomagra vonatkozik, az ajánlatkérő CE tanúsítványt és gyártói megfelelőségi nyilatkozatot kér. A fenti részekben megjelölt termékeket mivel kereskedelmi forgalomba így nem kapható, egyedileg kell kiadni. Kérdésünk, hogy az ajánlatkérő ezen tételek esetén elfogad-e csak a sterilizálásról, illetve a sterilitás meglétéről egy megfelelőségi nyilatkozatot?</p>	<p>Nem, az Orvostechikai eszközöknek meg kell felelniük 93/42/EGK irányelvben rögzítetteknek.</p>
26.	<p>Az Ajánlattételi dokumentáció Részletes ajánlatának 4. ajánlati részében Kramer sínre vonatkozó Specifikációja szerint:</p> <p>„... A sín váza egy kézzel hajlítható, de utána formáját spontán megtartó, hosszúkás alumínium rács...”</p>	<p>Ajánlatkérő a 4/3-5 tételek tekintetében a specifikációt az alábbiak szerint módosítja:</p> <p>„Végtagrögzítésre alkalmas egyszer használatos eszköz. A sín váza egy kézzel hajlítható, de utána formáját</p>

	Elfogadja-e t. Ajánlatkérő olyan végtagrögzítésre alkalmas, egyszer használatos eszköz megajánlását, melynek az anyaga horganyzott lágy acélhuzal?	spontán megtartó, hosszúkás alumínium vagy horganyzott lágy acélhuzal rács, melynek két oldala vattával kipárnázható, és pólyával burkolható. Három méret: 40 x 10 cm-es, 60 x 10 cm-es és 100 x 15 cm-es.”
27.	A következő a kérdésem: A II.2.4 ajánlati körön belül, ha csak egy termékre teszünk ajánlatot pl. 3/6 alkoholszonda, az ajánlat érvénytelen?	igen, az ajánlat érvénytelen.
28.	A szállítási és fizetési ütemezésről hol tájékozódhatók?	ajánlati dokumentáció
29.	A 10. ajánlati rész vénakanülökre vonatkozó 10/4-es sorában szereplő 20 G vénakanül esetén elfogadnak-e 32 mm hosszú kanült, a kiírásban szereplő max 30 mm helyett. A 2 mm plusz hosszúság kevesebb, mint a kiírásban szereplő érték 7 %-a.	Ajánlatkérő az 10/1 – 10/6 részajánlati körben az alábbiak szerint módosítja a specifikációt: Kívül rögzíthető, vénába rozsdamentes szűrőtűvel bevezethető hajlékony, röntgen árnyékot adó, steril egyszer használatos eszköz. Beépített injekciós port segítse elő a kiegészítő tümentes injekciózást. Átlátszó katéterrész biztosítsa a megfelelő katéter helyzet megállapítását a tű visszahúzásakor. Egykezes szűrési technikához kialakított markolattal rendelkezzen. Könnyen hajlítható perforált rögzítőszárnnyal rendelkezzen. Lock csatlakozás, levehető, Lock csatlakozású zárókónusszal rendelkezzen. Steril egyenkénti csomagolásban. Színkódos méretek. PVC-mentes, latexmentes és DEHP mentes műanyag. A tűhegy kiképzése Back Cut jellegű, ami biztosítja a 15°-30° dőlésszög közötti biztonságos bevezetést. A kapilláris felülete sima, anyagába süllyesztett legalább 2 db rtg. csíkkal rendelkezzen. A vénakanül, kanülméretének hossza: G-14 max 45 mm, G-16 max 45 mm, G-18 max 40 mm, G-20 max 30 32 mm, G-22 max 30 mm, G-24 max 30 mm.
30.	T. Ajánlatkérő az Ajánlati Felhívásban és az Ajánlattételi Dokumentációban a benyújtandó termékmintákra vonatkozóan a következő elvárást fogalmazza meg: „... AT-nek ajánlott termékek tekintetében egy-egy egyedi, kereskedelmi csomagolású mintadarabot ... kell csatolnia.”	Ajánlatkérő az Ajánlati felhívásban valamint az ajánlattételi dokumentumban meghatározott elvárástól nem kíván eltérni, így „AT-nek ajánlott termékek tekintetében egy-egy egyedi, kereskedelmi csomagolású mintadarabot ... kell csatolnia”. Tekintettel arra, hogy

	<p>Kérdés: Az azonos megnevezésű (példának okáért szájgarat tubus), de méretükben eltérő termékek esetében is elvárja T. Ajánlatkérő, hogy Ajánlattevő mindegyik méretből nyújtson be egy-egy egyedi, kereskedelmi csomagolású mintadarabot vagy T. Ajánlatkérő elfogadja, ha ezen termékekből csak egy méretből kerül benyújtásra egy egyedi, kereskedelmi csomagolású mintadarab?</p>	<p>Ajánlatkérő számára semmi nem garantálja, hogy az ajánlattevő egy termékcsalád azonos gyártási technológiával gyártott termékeit kínálja be méreteenként.</p>
31.	<p>Részletes ajánlat – Specifikáció – 1. ajánlati rész – 31. sorszámú tétel – orrszonda:</p> <p>Kérjük T. Ajánlatkérőt, hogy műszaki elvárását szíveskedjen kifejteni, pontosítani, miszerint az orrszonda legyen „állítható mélységű orrbemeneti résszel” ellátott. Nem világos Ajánlattevő részére, hogy a fenti meghatározás alatt mire is gondol pontosan T. Ajánlatkérő.</p>	<p>Ajánlatkérő az 1/31 tétel esetében az állíthatóság alatt a rögzíthetőséghez szükséges fej körforgattól függő állíthatóságot ért.</p>
32.	<p>Az ajánlati felhívás VI.3) További információk 2.11. pontjában az alábbi előírás szerepel:</p> <p>„2.11 Szakmai ajánlatnak(részenként)tartalmaznia kell AT által,részen belül összes tételére vonatkozó,kitöltött szakmai ajánlatot „részletes ajánlat_EHEÜ” megnevezésű excel táblázat „AJÁNLATTEVŐ ÁLTAL KITÖLTENDŐOSZLOPOK”(5-11rovatszám) AT-nek ajánlott termékek tekintetében egy-egy egyedi,kereskedelmi csomagolású mintadarabot,és egy fényképes melléklettel rendelkező termék-leírást kell csatolnia.”</p> <p>A letölthető közbeszerzési dokumentumok között nem szerepel „részletes ajánlat_EHEÜ” megnevezésű excel táblázat. Helyette „EH-2017-részletes-ajánlat-1” elnevezésű táblázat szerepel.</p> <p>Kérjük tájékoztatásukat, erre az elnevezésű excel táblára gondoltak-e?</p>	<p>Igen, a címe: „EH-2017-részletes-ajánlat-1”. Ajánlatkérő a felhívás VI.3) További információk 2.11 pontjában szereplő elnevezést javítja.</p>
33.	<p>Kérjük felvilágosításukat mint értenek „AJÁNLATTEVŐ ÁLTAL KITÖLTENDŐOSZLOPOK” (5-11 rovatszám) alatt. Mit takar a „rovatszám”?</p>	<p>Ajánlatkérő rovatszám alatt a megajánlatott ajánlati része(k)re vonatkozó adatok/információk kitöltésére rendelkezésre álló excel táblázat celláit érti.</p>
34.	<p>Kérjük pontosításukat mely termékcsoportokból, mely tételekre kérnek</p>	<p>Az Ajánlati felhívás VI.3) További információk</p>

	egyedi,kereskedelmi csomagolású mintadarabot?	2.11 pontjának megfelelően „AT-nek ajánlott termékek tekintetében egy-egy egyedi,kereskedelmi csomagolású mintadarabot,és egy fényképes melléklettel rendelkező termékleírást kell csatolnia”. Tehát minden megajánlott termékre vonatkozóan mintadarabot illetve fényképes melléklettel rendelkező termékleírást kell benyújtani.
35.	Az azonos típusú, csak méretben eltérő tételek esetben elegendő-e egy példány termékminta?	Nem, Ajánlatkérő az Ajánlati felhívásban valamint az ajánlattéli dokumentumban meghatározott elvárástól nem kíván eltérni, így „AT-nek ajánlott termékek tekintetében egy-egy egyedi, kereskedelmi csomagolású mintadarabot ... kell csatolnia”.
36.	2.rész 39.sor – Bougie tartó tok Eredeti kiírás: „Nem átlátszó merev falú műanyag cső. Az egyik vége fixen lezárva a másik többször nyitható dugóval ellátott, amely a csőhöz rögzített elvesztésgátló szalaggal van rögzítve. Hossza: 740 mm + 2% eltérés lehetséges, Belső átmérője 18 mm +20% eltérés lehetséges.” Kérdés: Elfogadható-e Önöknek 81 cm hosszú, nem átlátszó merev falú tok, mindkét végén zárt, 50 cm-en nyitható?	Ajánlatkérő nem fogadja el, tekintettel arra, hogy az eszköz hosszát indokolatlanul, jelentősen megnöveli, az eszköz tárolására használatos táskák méretének megadott helyén ilyen hosszúságú cső nem fér el. A táskára szabott területet ez a hosszúságú terület meghaladja a mentőautókban.

A kiegészítő tájékoztatásra adott válaszok alapján Ajánlatkérő módosítja az Ajánlati felhívást, melynek érdekében korrigendumot adott fel.

A megfelelő ajánlattétel biztosítása érdekében Ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt módosítja, melynek új időpontja: 2017. június 09. 13.00

Budapest, 2017. május 15

Ajánlatkérő nevében

Derzsényi Attila

felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó