

ÖSSZEGEZÉS A RÉSZVÉTELI JELENTKEZÉSEK ELBÍRÁLÁSÁRÓLI

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek ¹ (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név: Magyar Honvédség Egészségügyi Központ	
Postai cím: Róbert Károly körút 44	
Város: Budapest	Postai irányítószám: 1134

II. szakasz: Tárgy

II.1) Meghatározás

II.1.1) A közbeszerzés tárgya: Adásvételi és vállalkozási szerződés Katasztrófa-egészségügyi konténer beszerzése és egyéb berendezések fejlesztése KEHOP-1.6.0-15-2016-00006

II.2) A közbeszerzés mennyisége

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:

1. rész konténerek fontosabb – tervezett – műszaki jellemzői:

1 db Műtőkonténer:

— kubatúra: 20 lábas, merev acélvázás konténer. Hossz: 6058 mm; Szélesség: 2438 mm; Magasság: 2591mm. Nyitott állapotában 2 oldalsó szekción átellenes oldalon egyszárnyú zárható ajtó kialakítása (kifelé nyíló kivitelezés),

— elektromos rendszer: 230V/50 HZ/63A, érintésvédelem EPH hálózattal, 24 V beépített akkumulátorról üzemeltethetőség biztosítása,

— világítás: szekciónként 2 db energiatakarékos (lehetőség szerint ledes) plafonrészre rögzített lámpa, amely áramszünet esetén 24 V hálózatról is üzemel. 230 V/50 HZ-ről működtetve a fényerő minimum 1 000 lumen lámpatestenként,

— vízellátás: Egységes vízrendszer, hálózati vízről és szállított vízről, önálló szivattyú és lefolyórendszerrel, valamint elektromos, használati meleg víz előállító berendezéssel, kézmosó tér kialakítással,

— fűtés-szellőzés, klíma, ABV védelem: Szabályozott hőmérséklet biztosítása fűtő-hűtő klímaberendezéssel - 20 és + 40 °C közötti tartományban. Túlnyomásos szűrő szellőztetés.

1 db Röntgen konténer képkalkotó berendezéssel:

— kubatúra: 20 lábas, merev acélvázás konténer. hossz: 6 058 mm; szélesség: 2 438 mm; magasság: 2 591 mm. Sugár védelmi héjalással ellátva. Kettős ajtó rendszer, acélajtók mögött 2 szárnyas szigetelt üveggel, vagy víztiszta/átlátszó műanyag betétellátott bejárati ajtó kialakítása. Belül leválasztott sugárvédelmi fülke,

— elektromos rendszer: Elektromos rendszer:230V/50 HZ/63A, érintésvédelem EPH hálózattal, 24 V beépített akkumulátorról üzemeltethetőség biztosítása,

— fűtés-szellőzés, klíma: Szabályozott hőmérséklet biztosítása fűtő-hűtő klímaberendezéssel - 20 és

+ 40 °C közötti tartományban,

— tisztítás fertőtlenítés: Olyan résmentes belső bevonat, amely ellenáll az egészségügyi tisztító és fertőtlenítő vegyszereknek, a konténer padlójátán összefolyó elvezető kialakítása,

— a Röntgen (képalkotó berendezés): padlóhoz rögzíthető digitális átvilágító/képalkotó berendezés végtagok töréseinek vizsgálatához.

2 db Működést biztosító aggregátor:

— ütemű dízel üzemű,

— megszakítás- és túlfeszültségmentes 400 V háromfázisú/230 V egyfázisú áramfejlesztő,

— teljesítmény minimum 70 KW,

— 1 feltöltéssel minimum 12 óra üzemidőt biztosítson, saját belső üzemanyag tankról,

— védelmi módjának kialakítása feleljen meg az IP 54 és DIN VDE 0530 szabványoknak,

— rendelkezzen 2 db 400 V háromfázisú 5 pólusú 32 A és 3 db 230 V egyfázisú külső áramvételi csatlakozási pont kialakítással.

A felsorolt eszközöknek illeszkedni kell a MH-ben rendszerben lévő szállítási eszközökhöz, földi és légi szállító járműparkhoz. (RABA H-25 oldalrakodós konténerszállító jármű)

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a fenti információk tájékoztató jellegűek, a végleges műszaki és szerződéses feltételek tárgyalás(ok) során kerülnek tisztázásra, azok – a Kbt. előírásainak figyelembe vételével, azzal összhangban – változhatnak. A beszerzés tárgyának és jellegének fenti bemutatása (tervezett műszaki jellemzők) kizárólag arra szolgál, hogy a gazdasági szereplők (a Kbt. 87. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel) eldönthessék, hogy kívánnak-e részvételi jelentkezést benyújtani és az eljárás ajánlattételi szakaszában első ajánlatot benyújtani.

Részletes további műszaki követelményeket, elvárásokat a KKD tartalmazza. A teljesítési helyszínre (felhívás II.2.3) pontja) történő leszállítás a nyertes Ajánlattevő kötelezettségét képezi.

Közös Közbeszerzési Szójegyzék 33100000

2. rész: Katasztrófa-egészségügyi egyéb berendezések fejlesztése fontosabb – tervezett – műszaki jellemzők, elvárások:

KF-2 konténer rakodó hord kerettel fejlesztése (Gyógyszerészeti, EVI labor, Kötöző) 3 darab:

— informatikai végpontok kialakítása szükséges,

— héjalás hő és vízszigetelésének fejlesztése,

— időjárásálló festés (NATO zöld),

— belső burkolat cseréje,

— belső bútorzat fejlesztése, cseréje,

— IP 54 külső be és kimeneti csatlakozás (1-1 db 5 pólusú 32A és 1 db 230 V egyfázisú),

— variálható külső (méret szerint ¾"-1"-ig) víz be- és kimenetek.

FEB-03 konténer rakodó hord kerettel fejlesztése:

— gőz és meleg víz előállító egység fejlesztése,

— időjárásálló festés (NATO zöld),

— kiegészítő berendezések fejlesztése/cseréje,

— üzemeljen regionális vízhálózatról, vagy a tartozékként biztosított külső elasztikus víztartályból, az MH-ban rendszeresített víz Eladó (tároló) eszközökből, illetve más víztározóból,

— hord keret: alkalmazásával a felépítmény megfelel mind a hagyományos, mind a „multi”

rendszerű korszerű szállítás követelményeinek (alapvetően a DIN 30722 szabványú eszköz).

CSB/E konténer rakodó hord kerettel fejlesztése (Víz tisztító):

- informatikai végpontok kialakítása szükséges,
- héjalás hő és vízszigetelésének fejlesztése,
- időjárásálló külső festés (RAL 6006),
- belső burkolat cseréje,
- belső bútorzat fejlesztése, cseréje,
- hőizolációs ponyva külső rögzítő fülekkel, a használat során keletkezett hőhatások (napsugárzás) csökkentésére,
- IP 54 külső be és kimeneti csatlakozás (1-1 db 5 pólusú 32A és 1 db 230 V egyfázisú).

Víz, áramforrás fogadó-elosztó valamint vízkezelő berendezések fejlesztése

Megőrizve funkcionális működőképességet, a fejlesztésnél törekedni kell, hogy megfeleljen a kor minőségi elvárásainak. Alkalmasság legyen hosszú távú üzemeltetésre. Csökkenteni kell az esetleges meglévő, elavult, berendezések meghibásodásából adódó szervizigényt.

Ajánlatkérő az időjárásálló külső festés (NATO zöld és RAL 6006) alatt a következőket érti: „EN ISO 12944 szabvány szerinti C3 közepes korróziós környezeti kategóriának megfelelő bevonati rendszer kültéri festék felhasználásával. A felület előkészítését a festék gyártója által megadott használati utasítása alapján kell végrehajtani.”.

Ajánlattevőnek műszaki megvalósítási tervet kell benyújtania. Műszaki megvalósítási terv alapján biztosítania szükséges a nyertes ajánlattevő által meghatározott mérföldkövenkénti ellenőrzési lehetőséget ajánlatkérő részére. Ez a gyártásközi rész.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a fenti információk tájékoztató jellegűek, a végleges műszaki és szerződéses feltételek tárgyalás(ok) során kerülnek tisztázásra, azok – a Kbt. előírásainak figyelembe vételével, azzal összhangban – változhatnak. A beszerzés tárgyának és jellegének fenti bemutatása (tervezett műszaki jellemzők) kizárólag arra szolgál, hogy a gazdasági szereplők (a Kbt. 87. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel) eldönthessék, hogy kívának-e részvételi jelentkezést benyújtani és az eljárás ajánlattételi szakaszában első ajánlatot benyújtani.

Részletes további műszaki követelményeket, elvárásokat a KKD tartalmazza. A teljesítési helyszínre (felhívás II.2.3) pontja) történő leszállítás a nyertes Ajánlattevő kötelezettségét képezi.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Meghatározás

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: A 2015. évi CXLI. törvény Második rész, XV fejezet

IV.1.2) Az eljárás fajtája: Tárgyalásos eljárás.

IV.1.3) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel ²

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016/S 215-391332

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben 13627/2016

IV.2.2) A közvetlen részvételi felhívás megküldésének napja (adott esetben): (éééé/hh/nn)

IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése: ²

V. szakasz: Az eljárás, illetve részvételi szakasz eredménye³

Rész száma: ² [1] **Elnevezés:** Adásvételi és vállalkozási szerződés **Katasztrófa-egészségügyi konténer beszerzése KEHOP-1.6.0-15-2016-00006 tárgyban**

Az eljárás eredményes volt X igen nem

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ ²

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.

Az eredménytelenség indoka:

A szerződés megkötését megtagadták

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás igen nem

V.1.3) Az érvényes részvételi jelentkezést benyújtók ²

Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.1.4) Az érvénytelen részvételi jelentkezést benyújtók ²

V.2 A részvételi szakasz eredménye (adott esetben) ²

V.2.1) Részvételi jelentkezésekre vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma: [2]

V.2.2) Az alkalmas és érvényes részvételi jelentkezést benyújtók

1) Közös részvételre jelentkező neve, székhelye:

Suppline Kereskedelmi Kft. (1028 Budapest, Gazda utca 53.) és INNOMED MEDICAL Kft. (1146 Budapest, Szabó József utca 12.)

2) Részvételre jelentkező neve, székhelye:

Honvédelmi Minisztérium ARMCOM Kommunikációtechnikai Zrt. (2100 Gödöllő, Dózsa György út 63/A.)

Fenti részvételre jelentkezők a benyújtott nyilatkozataik és a lekérdezések alapján nem állnak a felhívásban előírt kizáró ok hatálya alatt. A részvételi jelentkezések mindenben megfelelnek a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, valamint a jogszabályok előírásainak, ezért érvényesek.

V.2.3) Az alkalmatlan és érvénytelen részvételi jelentkezést benyújtók

Az alkalmatlan és egyéb okból érvénytelen részvételre jelentkezők neve és címe és minősítésük indoka

V.2.4) Ajánlattételre felhívni kívánt jelentkezők neve és címe

1) Közös részvételre jelentkező neve, székhelye:

Suppline Kereskedelmi Kft. (1028 Budapest, Gazda utca 53.) és INNOMED MEDICAL Kft. (1146 Budapest, Szabó József utca 12.)

2) Részvételre jelentkező neve, székhelye:

Honvédelmi Minisztérium ARMCOM Kommunikációtechnikai Zrt. (2100 Gödöllő, Dózsa György út 63/A.)

Rész száma: ² [2] **Elnevezés:** Adásvételi és vállalkozási szerződés Katasztrófa-egészségügyi berendezések fejlesztése KEHOP-1.6.0-15-2016-00006 tárgyban

Az eljárás eredményes volt X igen nem

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ ²

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.

Az eredménytelenség indoka:

A szerződés megkötését megtagadták

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás igen nem

V.1.3) Az érvényes részvételi jelentkezést benyújtók ²

Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.1.4) Az érvénytelen részvételi jelentkezést benyújtók ²

V.2 A részvételi szakasz eredménye (adott esetben)²

V.2.1) Részvételi jelentkezésekre vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma: [1]

V.2.2) Az alkalmas és érvényes részvételi jelentkezést benyújtók

Részvételre jelentkezők neve és címe, alkalmasságuk és minőségük indoka:

1) Részvételre jelentkező neve, székhelye: Honvédelmi Minisztérium ARMCOM Kommunikációtechnikai Zrt. (2100 Gödöllő, Dózsa György út 63/A.)

Fenti részvételre jelentkező a benyújtott nyilatkozatai és a lekérdezések alapján nem áll a felhívásban előírt kizáró ok hatálya alatt. A részvételi jelentkezés mindenben megfelelnek a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, valamint a jogszabályok előírásainak, ezért érvényes.

V.2.3) Az alkalmatlan és érvénytelen részvételi jelentkezést benyújtók

Az alkalmatlan és egyéb okból érvénytelen részvételre jelentkezők neve és címe és minőségük indoka

V.2.4) Ajánlattételre felhívni kívánt jelentkezők neve és címe

1) Részvételre jelentkező neve, székhelye: Honvédelmi Minisztérium ARMCOM Kommunikációtechnikai Zrt. (2100 Gödöllő, Dózsa György út 63/A.)

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1) További információk: ²

VI.1.1) Az összegezés elkészítésének időpontja: (2017 ÁPR 12.)
VI.1.2) Az összegezés megküldésének időpontja: (2017 ÁPR 12.)
VI.1.3) Az összegezés módosításának indoka: ²
VI.1.4) Az összegezés módosításának időpontja: ² (éééé/hh/nn)
VI.1.5) A módosított összegezés megküldésének időpontja: ² (éééé/hh/nn)
VI.1.6) Az összegezés javításának indoka: ²
VI.1.7) Az összegezés javításának időpontja: ² (éééé/hh/nn)
VI.1.8) A javított összegezés megküldésének időpontja: ² (éééé/hh/nn)
VI.1.9) További információk: ²

Szabó István
Szabó István vezérőrnagy
 parancsnok