



Tisztelt Ajánlattevők!

A Pécsi Tudományegyetem Ajánlatkérő által „Adásvételi szerződés Gerincsebészeti implantátumok beszerzése a Pécsi Tudományegyetem részére” tárgyában TED 2017/S 236-489479 számon meghirdetett közbeszerzési eljárásával kapcsolatban a Kbt. 56. § szerint beérkezett kiegészítő tájékoztatás kérésre ajánlatkérő az alábbi tájékoztatást adja.

1. Kérdés:

2. rész Első nyaki gerincrögzítő lemezes-csavaros rendszer: elfogadja-e T. Ajánlatkérő, ha a lemez 70-100mm-ig 4mm emelkedéssel áll rendelkezésre?

Válasz: Ajánlatkérő műszakilag elfogadja a 70-100mm-ig 4mm emelkedésű lemezt.

2. Kérdés:

3. rész Hátsó craniocervicalis és cervicalis gerincrögzítő: T. Ajánlatkérő a leggyakrabban használt elemek között 2 db occiput lemezt kér. Kérjük szíves tájékoztatásukat, hogy ezalatt lemezes rudat értenek-e, vagy megajánlható 2 db 3,5x240mm rúd is?

Válasz: Ajánlatkérő műszakilag elfogadja a lemezes rudakat vagy a 3,5x240 mm rudakat is.

3. Kérdés:

14. rész Nyaki corpectomiát pótló expandabilis készülék: T. Ajánlatkérő ebben az ajánlati részben 24x39 mm-es 6 fokos cage-t kér. Kérdezzük T. Ajánlatkérőt, hogy megajánlható-e 24-33 vagy 30-39 mm 6 fokos cage?

Válasz: Ajánlatkérő műszakilag elfogadja a 24x39 mm-es 6 fokos cage-t vagy a 24-33 mm-es 6 fokos cage-t is.

A választhatóság miatt ajánlattételkor kérjük egyértelműen rögzíteni, hogy ajánltuk mely termék megajánlását tartalmazza.

A fentiek miatt ajánlatkérő módosítja a kereskedelmi és műszaki ajánlat táblázat 2., 3., és 14 részekben:

2. rész lemez hosszra vonatkozó minimumkövetelménye „23-100 mm, 23 mm-től 50 mm-ig 2 mm emelkedéssel, e felett 3 mm-es emelkedéssel” szövegrész helyett

„23-100 mm, 23 mm-től 50 mm-ig 2 mm emelkedéssel, e felett 3 mm-es emelkedéssel vagy 70-100 mm-ig 4 mm emelkedéssel” szöveg kerül.

3. rész lemezes rúdra vonatkozó minimumkövetelménye: „a lemez csavaros rögzítése az occiput középvonalához közel a vastagabb csont részen történjék” szövegrész helyett

„a lemez csavaros rögzítése az occiput középvonalához közel a vastagabb csont részen történjék vagy 2 db 3.5x240 mm rúd” szöveg kerül.

14. rész Ajánlatkérő tapasztalata alapján a leggyakrabban használt elemek: „24x39 mm-es, 6 fokos cage” szövegrész helyett

„24x39 mm-es, 6 fokos cage vagy 24-33 mm-es, 6 fokos cage” szöveg kerül.

A KKD

Kereskedelmi és műszaki (SZAKMAI) ajánlat

19. oldal **3.részében**

„2 db occiput lemez”, szövegrész helyett

„2 db occiput lemezes rúd vagy rúd” szöveg kerül.

20. oldal **14. részében**

„24x39 mm-es, 6 fokos cage” szövegrész helyett

„24x39 mm-es, 6 fokos cage vagy 24-33 mm-es, 6 fokos cage” szöveg kerül.

Felolvasólapok

90. oldal **3.részében**

„2 db occiput lemez”, szövegrész helyett

„2 db occiput lemezes rúd vagy rúd” szöveg kerül.

102. oldal **14. részében**

„24x39 mm-es, 6 fokos cage” szövegrész helyett

„24x39 mm-es, 6 fokos cage vagy 24-33 mm-es, 6 fokos cage” szöveg kerül.

A KKD további részei változatlanul érvényben marad. A módosított dokumentumok az ajánlati felhívás 1.3 pontjában megadott címen elérhetőek.

Ajánlatkérő a fenti módosításokra tekintettel a Kbt. 52. § (4) bekezdés b) pontja szerint módosította!

Az új ajánlati határidő: 2017. január 25. 14. óra

Budapest, 2017. január 15.

Merklné Szeiler Orsolya

Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó