



Hiv. szám: TED 2017/S 230-479096

„Elektronikus úton továbbítandó!”

## Gazdasági Szereplő

**Székhelyén**

**Tárgy:** Tájékoztatás

**Tisztelt Cégvezető Asszony/Úr!**

A Magyar Honvédség Egészségügyi Központ, mint Ajánlatkérő a Kbt. II. rész VI. fejezet szerinti nyílt eljárást kezdeményezett „**Adásvételi szerződés egészségügyi szakanyagok beszerzés KEHOP-1.6.0-15-2016-00006**” tárgyban (TED 2017/S 230-479096; KÉ 17419/2017).

Tárgyi eljárásban a Kbt. 56. § alapján kiegészítő tájékoztatások érkeztek, melyre Ajánlatkérő az alábbiak szerint adja meg a választát:

### **1. ajánlati rész:**

**Kérdés:** A tenderdokumentáció „műszaki specifikációs táblázat 1. rész Vérkép vizsgáló kisméretű automata fejezetben” megjelent igény szerint, a készülék a következő méretekkel rendelkezzen: Az automata szállítási mérete max 500 mm x 400 mm x 400 mm.

Mivel a kiírásban nem szerepelt hogy ezek a paraméterek milyen dimenzióhoz tartoznak, feltehetőleg szélesség x magasság x mélység sorrendben vannak az adatok megadva. Elfogadható-e Tisztelt Ajánlatkérő részére a megadottnál keskenyebb, de magasabb készülék, amelynek köbtartalma 11%-al kisebb az előírtnál, méretei: 420 mm x 480 mm x 355 mm?

**Válasz: Az összességében kisebb készülék a konténer kritériumainak megfelelő.**

### **3. ajánlati rész:**

**Kérdés:** Kérjük Ajánlatkérő szíves tájékoztatását, hogy mit ért azon, hogy a készülék „Előre programozhatóan automatikusan működésbe lép, kalibrálja, kontrollálja önmagát, - Időzített bekapcsolást, vagy manuális bekapcsolás utáni automatikus öntesztet (kalibrációt, kontrollt)?”

**Válasz: Ajánlatkérő az „Előre programozhatóan automatikusan működésbe lép, kalibrálja, kontrollálja önmagát meghatározáson a manuális bekapcsolás utáni automatikus öntesztet (kontrollt) érti.**

### **5. ajánlati rész:**

**Kérdés:** INR/PT vizsgáló készülék beszerzése fejezetben elvárás, hogy „Induló készletként 1000 mérésre elegendő reagenst tartalmazzon”. Kérjük Tisztelt Ajánlatkérőt, adja meg a vizsgálandó paraméterek listáját.

**Válasz: Az INR vizsgálatához szükséges 1000 mérésre való reagens.**

## 6. ajánlati rész:

**Kérdés:** Kompakt kémiai analizátor beszerzése fejezetben elvárás, hogy “Induló készletként paraméterenként 1000 mérésre elegendő reagenst tartalmazzon”. Kérjük Tisztelt Ajánlatkérőt, adja meg a vizsgálandó paraméterek listáját.

**Válasz:** ALP, GOT, GPT, GGT, Glukóz, Ammónia, Amiláz (pankreász), Bikarbonát, CK, CK-MB, CRP szenzitív, D-dimer, Kalcium, Karbamid, Kreatinin, Laktát, Lipáz, Acetil-, és Butiril kolineszteráz, Foszfor, vizsgálatokhoz szükséges két-két készletet (1 készlet 100 mérés) reagens szükséges kezdő készletben.

**Kérdés:** Kérjük Ajánlatkérő szíves tájékoztatását, hogy milyen paramétereket kíván mérni az analizátoron, illetve kéri-e ISE modul megajánlását?

**Válasz:** A fent felsorolt vizsgálati paramétereket kell az analizátoron mérni mindamellet, hogy legyen lehetőség még más paraméterek beállítására is szükség esetében. ISE modult nem kérünk ehhez a készülékhez

## 7. ajánlati rész:

**Kérdés:** Ajánlatkérő a műszaki specifikációban előírja: „Induló készletként 1000 mérésre elegendő reagenst tartalmazzon”

Kérdésünk: valamennyi felsorolt paraméterre (CRP, FOB, HCG, IgE, D-dimer, Myoglobin, CK-MB, PCT) vonatkozik az 1000 mérés, vagyis 8000 méréshez kér Ajánlatkérő induló készletet, vagy összesen kér 1000 méréshez induló készletet? Ha összesen 1000 méréshez, akkor kérjük Ajánlatkérőt, határozza meg melyik vizsgálatból hányat kíván elvégezni, vagyis az 1000 vizsgálat megoszlását.

**Válasz:** Összesen 1000 mérésre való tesztre van szükség, a kért elosztás: Myoglobin, PCT 200-200, a többi paraméterből 100-100 teszt szükséges.

**Kérdés:** Ajánlatkérő a műszaki specifikációban előírja: „Külső vezérlőre való csatlakoztatható”

Kérdésünk: mit ért Ajánlatkérő külső vezérlő alatt? Kérjük pontosan határozza meg, milyen eszközt kíván csatlakoztatni az automatához.

**Válasz:** a külső vezérlőre való csatlakozás a központi szerverrel összeköthető adatkezelő képességet jelenti.

## 9. ajánlati rész:

**Kérdés:** Véggáz vizsgálatát végrehajtó készülék beszerzése fejezetben „Induló készletként 1000 mérésre elegendő reagens oldatot tartalmazzon”. Kérjük Tisztelt Ajánlatkérőt, adja meg a vizsgálandó paraméterek listáját.

**Válasz:** A műszaki leírásban feltüntetett „mért paraméterek” egyszerre történő méréséhez szükséges, 1000 mérésre elegendő reagens.

## 10. ajánlati rész:

**Kérdés:** Az egyéb specifikációnál megadott hordozható inkubátor belső méretére vonatkozóan szeretnénk megkérdezni, hogy elfogadnak-e olyan berendezést, amelynek szélessége 250 mm, magassága 200 mm és mélysége 200 mm?”

**Válasz:** Igen, amennyiben a külső méretet az eredeti specifikációnak megfelelően tartja az ajánlattevő.

## 15. ajánlati rész:

**Kérdés:** A megadott műszaki leírásából véleményünk szerint nem derül ki egyértelműen, hogy Ajánlatkérő pontosan milyen mikroszkópot kíván beszerezni: egyenes állású vagy fordított állású (inverz) mikroszkópot. Hiszen motorizálható Swing-Out kondenzora csak egyenes állású mikroszkópnak van, de az alább műszaki specifikációban feltüntetett mondatban szereplő inverz kifejezés más mikroszkópra utal: „UV mikroszkóp, fáziskontraszt, inverz, immerziós objektív, UV gerjesztés”

Kérjük Ajánlatkérőt, hogy kétséget kizáróan adja meg, a mikroszkóp kialakítására vonatkozó információt.

**Válasz: Ajánlatkérő egyenes állású mikroszkópot kíván beszerezni.**

**Kérdés:** A műszaki követelmények között felsorolt „megvilágítási módok”-nál Ajánlatkérő nem határozta meg, hogy azokat milyen nagyítási tartományban kívánja használni.

Kérjük Ajánlatkérőt, hogy adja meg pontosan, hogy az egyes megvilágítási módokat mely nagyítási tartományban kívánja használni. Például melyik objektív legyen fázis objektív, fluor objektív stb.

**Válasz: Az objektívek közül valamennyinek fluoreszcens -nek kell lennie, továbbá az objektívek közül minimum kettő darab legyen továbbá fáziskontraszt is.**

**Kérdés:** A fluoreszcenciás megvilágítás esetében Ajánlatkérő nem adta meg, hogy hány és milyen hullámhosszú szűrőkockákat tartalmazzon a rendszer.

Kérjük Ajánlatkérőt, hogy adja meg hány darab és milyen hullámhosszú szűrőkockákra van szükség, illetve milyen fluoreszcens festékeket használ.

**Válasz: legyen legkevesebb egy FITC festékhez használt szűrőkocka, továbbá egy vörös hullámhossz tartományban működő szűrőkocka.**

**Kérdés:** Kérjük az ajánlatkérőt, hogy pontosítsa mit ért a motorizálható fényerő-állítás alatt?

**Válasz: Ajánlatkérő módosítja a jelen rész műszaki követelményeit, mely során nevezett paraméter törlésre kerül.**

**Kérdés:** Véleményünk szerint a súly max. 15000 grammal megadott felső határa jelentős mértékben korlátozza a megajánlható termékek körét, illetve felhasználási lehetőségeket. Kérjük, ha a súlykorlátot nem tudják törölni a követelmények közül, akkor legalább növeljék meg kb. 50%-kal, továbbá tegyék egyértelművé, hogy az a mikroszkóp vázra vagy az egész megajánlott összeállításra (mikroszkópváz, tartozékok, epi fluoreszcenciás egység, tápegység, lámpaház, kamera, monitor, számítógép) vonatkozik.

**Válasz: Ajánlatkérő módosítja az előírt súlykorlátot, mikroszkóp vázra értendő tömeg maximum 35000 gramm.**

## 20. ajánlati rész:

**Kérdés:** Elfogadja-e Tisztelt Ajánlatkérő olyan kültéri világító berendezés megajánlását, amely az előírt műszaki követelményeket több ponton is túlteljesíti (pl. IP54 helyett IP65 szintű védelem, 15 000 lumennél magasabb fényerősség) ezáltal az Ajánlatkérő számára kedvezőbb műszaki megoldást nyújt, azonban nem rendelkezik DIN VDF 0530 szabvány szerinti tanúsítvánnyal?

**Válasz: Ajánlatkérő elfogadja a tisztázó kérdésben megfogalmazott nagyobb fényerőjű (1500 lumennél nagyobb, jobb (IP 65 szintű) védelemmel ellátott kültéri világító berendezést is.**

**Részekről független kérdések:**

- 1) **Kérdés:** Az Ajánlati Dokumentáció Adásvételi szerződés – tervezet III. 4. pont Jótállási kötelezettség szerint „Az eszközök rendeltetésszerű használata során fellépő garanciális hiba esetén, az eszköz garancia ideje alatt az Eladó köteles a lehető legrövidebb időn, de maximum 24 órán belül a helyszínen megvizsgálni az eszközt, és amennyiben javítható helyszínen javítani. Amennyiben nem javítható helyszínen, köteles csereeszközt biztosítani, akár békétől eltérő állapot (pl. katasztrófhelyzet) esetén is. Elfogadható-e Tisztelt Ajánlatkérő részére a javítással kapcsolatban a 24 órás rendelkezésre állás, mely szerint telefonon felvesszük a hibabejelentést és 2 munkanapon belül megkezdjük a helyszínen a javítást.

**Válasz: cserekészülék, vagy mérési képesség 24 órán belüli biztosítása esetén igen, van lehetőség a helyszíni javítás két munkanapon belüli megkezdésének.**

- 2) **Kérdés:** Az Ajánlati Dokumentáció Adásvételi szerződés – tervezet III.2.4 és III.2.5 pontja között ellentmondás van. A Ptk. 6:187. § (2) bekezdése alapján ha a vevő érvényesített hibás teljesítési kötbért, akkor nem érvényesíthet szavatossági igényt, így nem követelheti, hogy a hibásan teljesített terméket az eladó cserélje ki. A szerződés III.2.4 pontja ennek ellenére tartalmazza a kicserélési kötelezettséget. Kérjük az ellentmondás feloldását.

**Válasz: A szerződéstervezet III.2.4. pontja összhangban van a III.2.5. pont alatt hivatkozott jogszabályi rendelkezéssel ( Ptk. 6:187. § (2) bekezdés), tekintettel arra, hogy a III.2.4. pont értelmében csak akkor nyílik meg a vevő kötbér érvényesítési joga, ha az eladó a hibás terméket nem cserélte ki.**

- 3) **Kérdés:** Az Ajánlati Dokumentáció Adásvételi szerződés – tervezet III.3.1 pontja tekintetében nem tartjuk indokoltnak, hogy az eladó az érdekkörében felmerült ok miatti lehetetlenülés okán meghiúsulási kötbér fizetésére legyen köteles. A lehetetlenülés lényege, hogy azért egyik szerződő fél sem felelős polgári jogi értelemben, míg a kötbér a Ptk. szerint olyan szerződésszegésért köthető ki, amelyért az adott fél felelős. Kérjük Tisztelt Ajánlatkérőt, hogy a fenti pontot törölni szíveskedjen.

**Válasz: Ajánlatkérő a fenti kérést megvizsgálta és módosította a meghiúsulási kötbér érvényesítésére vonatkozó rendelkezést.**

- 4) **Kérdés:** Az Ajánlati Dokumentáció Adásvételi szerződés – tervezet III.1.2 pontja és az V.6. pontja között ellentmondás van. A késedelmes naptári napok száma 30, illetve 35 nap a különböző rendelkezésekben. Kérjük az ellentmondás feloldását.

**Válasz: Ajánlatkérő összhangba hozta a szerződéstervezetben meghatározott késedelmes napok számát, mindkettő pont alatt egyaránt 35 napban határozta meg.**

- 5) **Kérdés:** Az Ajánlati Felhívás I. 3. pontja szerint az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó: Magyar Honvédség Egészségügyi Központ 1134 Budapest, Róbert Károly körút 44., „H” épület III. emelet Dokumentum átvevő helyiség (H3/051. iroda). Az Ajánlati Dokumentáció „Az ajánlat benyújtására vonatkozó infomációk B)

pontja” szerint: Az ajánlat benyújtásának címe: Magyar Honvédség Egészségügyi Központ 1134 Budapest, Róbert Károly körút 44., „B” épület II. emelet 007. iroda.

**Válasz: Ajánlatkérő által elírást történt, ajánlatkérő hivatkozik a tájékoztatására, miszerint „ha a közbeszerzési dokumentumok bármely előírása eltér az ajánlati felhívástól, akkor az utóbbi az irányadó”.**

- 6) **Kérdés:** Kérem szíves segítségét, mert az ajánlattételi felhívásban megjelölt honlapon nem találjuk a szerződés tervezetét, valamint a termékekre kért garancia idejét.

**Válasz: A szerződéstervezet a felhívásban megjelölt honlapon (<https://derzsényi.hu/kozbeszerzesi-eljarasok/mh-egeszsegugyi-kozpont/>) a közbeszerzési dokumentumban elérhető. (MH EK KEHOP szakanyag KKD 2. rész.)**

**A szerződéstervezet 4.2 pontja értelmében: A jótállás időtartama az ajánlatban vállaltak szerint kerül meghatározásra. A vállalt jótállás időtartama vállalás szerint. Ahol nem értékelési szempont 12 hónap.**

Tájékoztatom Tisztelt Gazdasági Szereplőt, hogy a szükséges módosítások érdekében Ajánlatkérő korrigendumot adott fel, melyben az ajánlattételi határidőt is módosítja.

A korrigendum megjelenésekor a módosított dokumentumokat egységes szerkezetben Ajánlatkérő megküldi a regisztrált Gazdasági Szereplők részére, valamint elérhetővé teszi a felhívásban megadott honlapon.

Budapest, 2018. január 11.

**Ajánlatkérő nevében:**

**Derzsényi Attila**

felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó

**Székhely:** 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 44. 1380 Budapest, Pf. 1214;  
**Telefon:** +36 1 465 1800; **Fax:** +36 1 340 3129; **Web:** [www.honvedkorhaz.hu](http://www.honvedkorhaz.hu); **E-mail:** [mh.ek@hm.gov.hu](mailto:mh.ek@hm.gov.hu)



ISO 9001:2015; MSZ EN 15224; ISO 14001:2015 (Hévíz I.-II., Balatonfüred, Szanatórium utca, Kecskemét telephelyek)