

Részajánlat	Megnevezés	Minimum követelmények
1	Elülső nyaki gerincrögzítő lemezes-csavaros rendszer - 1	A nyaki gerinc daganatos, traumás regeneratív megbetegedéseinek sémiidig lemezes-csavaros rögzítését teszi lehetővé
		<b>Lemez</b>
		trapéz alakú
		az I-V. segmentum rögzítésére megfelelő méretezés
		<b>Csavar</b>
		rendelkezik monocorticalis csavarokkal
		rendelkezik bicorticalis csavarokkal
		rendelkezik „mentő” csavarokkal
		a monocorticalis csavarok önmetszők
		a monocorticalis csavarok kilazulást gátló sima nyakúak
		a monocorticalis csavarok záró mechanizmus nélküliek
		a bicorticalis csavarok tompa csavarcsúcsúak, „self-cutting” kiképzéssel
		a monocorticalis csavarok
a bicorticalis csavarok		
<b>Ajánlatkérő tapasztalata alapján a leggyakrabban használt elemek:</b>		
1 db 26 mm-es lemez, 4 db 19 mm-es bicorticalis csavar		

Termék megnevezése (Az adott ajánlati rész 1 db esethez szükséges mennyisége)	Nettó egységár (Ft/db)
1 db 26 mm-es lemez	
4 db 19 mm-es bicorticalis csavar	

1. részhez tartozó termék gyártói megnevezése	Gyártói cikkszám

	Megajánlott termék paramétere	Konszignációs mennyiség	Motor kihelyezése	Konszignációs raktár helye
igen		A becsült éves beavatkozások elvégzéséhez szükséges anyagok 10%-a	nem feltétel	Idegsebészeti Klinika 7623 Pécs, Rét utca 2.
igen				
24-50 mm-ig 2 mm-es emelkedéssel, e felett 3 mm-es emelkedő méretezéssel				
igen				
igen				
igen				
igen				
igen				
igen				
igen				
14 mm-től legalább 19 mm-ig, 1 mm-es emelkedéssel				
10 mm-től legalább 25 mm-ig, 1 mm-es emelkedéssel				
igen				

Nettó össz. ár (Ft/eset)	Eljárás becsült esetszáma	Végösszesen ajánlati ár (Ft)
	20	0,00 Ft
		0,00 Ft
		0,00 Ft

Méret	Kiszerezés	Nettó egységár (Ft/db)	Áfa (%)

Gyártó	CE engedély szám	CE engedély érvényesség e