



Hiv. szám: TED 2017/S 230-479096

„Elektronikus úton továbbítandó!”

Gazdasági Szereplő

Székhelyén

Tárgy: Tájékoztatás 2.sz korrigendumról

Tisztelt Cégvezető Asszony/Úr!

A Magyar Honvédség Egészségügyi Központ, mint Ajánlatkérő a Kbt. II. rész VI. fejezet szerinti nyílt eljárást kezdeményezett „**Adásvételi szerződés egészségügyi szakanyagok beszerzés KEHOP-1.6.0-15-2016-00006**” tárgyban (TED 2017/S 230-479096; KÉ 17419/2017).

Tárgyi eljárásban a Kbt. 56. § alapján újabb kiegészítő tájékoztatás érkezett az alábbiak szerint:

13. rész Kiegészítő műszerek (centrifuga) 1 db-ra vonatkozóan:

1. A kérdés az 5. sorra vonatkozik, miszerint „plate rotorral is ellátott, mintavételi cső, pcr cső centrifugálására is használható”. Megfelel olyan megoldás, ahol a microplate kompatibilitást külön rotor helyett az azonos rotoron használható microplate perselyekkel oldják meg, így egy darab kilendülő rotortest lenne használható mind a hagyományos, mind a plate perselyek esetén?

2. A kérdés az 5. sorra vonatkozik, miszerint „plate rotorral is ellátott, mintavételi cső, pcr cső centrifugálására is használható”. Milyen típusú, dimenziójú mintavételi cső centrifugálására lenne szükség, mekkora fordulatszám/RCF érték mellett?

3. A kérdés az Egyéb specifikációk 2. sorára vonatkozik, miszerint „Súly: max. 80000g”. Tapasztalatunk szerint nagyságrendnél kisebb különbség esetén a készülék használhatóságában nincs eltérés. Megfelelő-e olyan készülék, melynek tömege 110 kg, vagyis 110000 g?

Tájékoztatatom Tisztelt Gazdasági Szereplőket, hogy Ajánlatkérő az ajánlati felhívás 1., 13., 15., 20., részajánlati köröket visszavonja.

Indoklás:

Az eredeti ajánlati felhívástól eltérő módosítás a Kbt. 55. § (6) bekezdése szerinti tilalomba ütköznek, abban az esetben ha Ajánlatkérő enyhébb elvárást támaszt az ajánlattevők felé. A Kbt. 55. § (6) bekezdése értelmében a felhívás és az egyéb közbeszerzési dokumentumok módosítása nem eredményezheti a beszerzés tárgyára vagy a szerződés feltételeire vonatkozó feltételek olyan jelentőségű módosítását, ahol az új feltételek ismerete alapvetően befolyásolhatta volna az érdekelt gazdasági szereplők arra vonatkozó döntését, hogy a közbeszerzési eljárásban tudnak-e ajánlatot tenni.


FELELŐS AKKREDITÁLT
KÖZBESZERZÉSI SZAKTANÁCSADÓ
00197
DERZSÉNYI ATTILA

Tájékoztatom Tisztelt Gazdasági Szereplőt, hogy a szükséges módosítások érdekében Ajánlatkérő korrigendumot adott fel, melyben az ajánlattételi határidőt is módosítja.

A korrigendum megjelenésekor a módosított dokumentumokat egységes szerkezetben Ajánlatkérő megküldi a regisztrált Gazdasági Szereplők részére, valamint elérhetővé teszi a felhívásban megadott honlapon.

Budapest, 2018. február 02.

Ajánlatkérő nevében:


Derzsényi Attila

felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó

FELELŐS AKKREDITÁLT
KÖZBESZERZÉSI SZAKTANÁCSADÓ
00197
DERZSÉNYI ATTILA

Székhely: 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 44. 1380 Budapest, Pf. 1214;
Telefon: +36 1 465 1800; Fax: +36 1 340 3129; Web: www.honvedkorhaz.hu; E-mail: mh.ek@hm.gov.hu



ISO 9001:2015; MSZ EN 15224; ISO 14001:2015 (Hévíz I.-II., Balatonfüred, Szanatórium utca, Kecskemét telephelyek)